

УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

С.И. Кравец
« 14 » 12 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение электрохимического сенсора для стационарных
газоанализаторов кислорода модели GPR-28 установок Л-35/11, ЛГ-35/11

1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Электрохимический сенсор в составе стационарного газоанализатора модели GPR-28 предназначен для непрерывного определения и передачи в систему управления значений объемного содержания кислорода в инертных газах установок. Сенсор устанавливается в газоанализатор модели GPR-28 взамен вышедшего из строя сенсора.

Код заказа вышедшего из строя сенсора XLT 11-24.

Код заказа приобретаемого сенсора XLT 11-24.

2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Диапазон измерений 0 – 1 %об.
- Измеряемая среда: инертные газы (кислород)
- Герметичная упаковка
- Соответствие года выпуска году продажи

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

11014562 - 190 ~ 373219