


УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

 С.И. Кравец  
« 14 » 12 2017г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение термокаталитического сенсора горючих газов  
для стационарных газоанализаторов модели ССС-903М установки ГОДТ

### 1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Термокаталитический сенсор горючих газов в составе стационарного газоанализатора модели ССС-903М предназначен для непрерывного определения и передачи в систему управления значений объемного содержания взрывоопасного газа (водорода) в воздухе установки. Сенсор устанавливается в газоанализатор модели ССС-903М взамен вышедшего из строя сенсора.

Код заказа вышедшего из строя сенсора ПГТ-903У-Н<sub>2</sub>.

Код заказа приобретаемого сенсора ПГТ-903У-Н<sub>2</sub>.

### 2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Диапазон измерений 0-50 %НКПР
- Измеряемая среда: взрывоопасные газы (водород)
- Наличие встроенной флэш-памяти
- Соответствие года выпуска году продажи

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев