


УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

 С.И. Кравец

« 14 » 12 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение рН-электрода для рН-метра модели СРМ-431 установки УПВ

1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

рН-электрод в составе рН-метра модели СРМ-431 предназначен для непрерывного определения и передачи в систему управления значений рН технологической воды установки. рН-электрод устанавливается в рН-метр модели СРМ-431 взамен вышедшего из строя рН-электрода.


Код заказа вышедшего из строя рН-электрода CPS-71-2TC2ESA.

Код заказа приобретаемого рН-электрода CPS-71-2TC2ESA.

2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Длина электрода 120 мм
- Материал электрода – бессвинцовое бронированное стекло
- Тип электрода - комбинированный
- Нулевой потенциал $E_0=7.0$
- Диапазон измерений 0...14 рН
- Температурный диапазон 0...135 °С
- Давление рабочей среды до 6 бар
- Присоединение – резьбовой разъем Pg 13.5. TOP 68

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

11014956 п. 230