


УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

 С.И. Кравец  
« 14 » 12 2017г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение термокаталитического сенсора для  
портативных газоанализаторов модели Колион-1В-25 лаборатории цеха №22

### 1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Термокаталитический сенсор в составе портативного газоанализатора модели Колион-1В-25 предназначен для непрерывного определения содержания горючих газов в воздухе установок и звуковой сигнализации при достижении заданного значения порога срабатывания. Сенсор устанавливается в газоанализатор модели Колион-1В-25 взамен вышедшего из строя сенсора.


Код заказа вышедшего из строя сенсора СН-А3/KGS701.

Код заказа приобретаемого сенсора СН-А3/KGS701.

### 2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Диапазон измерений 0-50 % НКПР
- Измеряемая среда: воздух установки
- Время срабатывания ( $t_{90}$ ) менее 15 секунд
- Температурный диапазон -40 ... 50 °С
- Соответствие года выпуска году продажи

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

№ 374148

11014964 п. 30, 210