


УТВЕРЖДАЮ

Главный метролог

 С.И. Кравец
«09» октября 2015г.

АКТ 01842

проверки технического состояния средств КИПиА

г. Ярославль

9 октября 2015г.

Комиссия в составе:

Начальника цеха №5

Н.Н. Лукашова

Начальника цеха №15

А.В. Григорьева

Начальника участка ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА»

М.В. Балашова

Начальника установки ГФУ

С.М. Тюленева

Начальника участка эксплуатации № 3 цеха №15

С.В. Пашутина

провела проверку технического состояния датчика давления Метран-55-Ех-ДИ-515 № 62439, с поз. 2005 установки ГФУ, присланного в цех №15 по заказу и установила следующее:

Изготовитель: ПГ «Метран», г. Челябинск.

Дата изготовления: 2001 год.

смонтирован в 2002 году.

Оборудование комплектно.

Параметры датчика давления: диапазон измерений от 0 до 25 кгс/см²; выходной сигнал 4-20 мА, класс точности 0,5.

Условия эксплуатации: рабочее давление 3 кгс/см², температура измеряемой среды 40 °С, измеряемая среда – масло.

Заключение: датчик давления Метран-55-Ех-ДИ-515 № 62439 находится в неисправном состоянии по причине отказа блока электроники, восстановлению не подлежит. Необходима его замена на новый аналогичный датчик.

Мероприятия:

1. Участку ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА» оформить снятие с регистрации датчика давления Метран-55-Ех-ДИ-515 № 62439.

Срок: _____

Отв. _____

2. Начальнику участка №3 оформить заявку на приобретение нового аналогичного датчика давления типа ЕЈХ 530А для поз. 2005 установки ГФУ.

Срок: _____


Отв. _____

Подписи:



Н.Н. Лукашов

А.В. Григорьев



М.В. Балашов

С.М. Тюленев

С.В. Пашутин