

Утверждаю
Главный метролог
Сергей С.И. Кравец
«01» 09 2015г.

А К Т 01810
проверки технического состояния средств КИП и А

г. Ярославль

01.09.2015г.

Комиссия в составе:

Начальника цеха №13

Начальника цеха №15

Зам. начальника цеха №15

Начальника участка отгрузки нефтепродуктов

Начальника участка КИП №3 цеха №15

Начальника участка ремонта КИП и А ООО «АВТОМАТИКА»

Пачкалева А.Ю.

Григорьева А.В.

Чернецкого А.А.

Протасова А.М.

Пашутина С.В.

Балашова М.В.

Провела проверку технического состояния технических манометров МПТИ-У2 в количестве 10 штук с установки точечного налива в ж/д транспорт тит.222 цеха №13, присланных в цех №15 по заказу и установила следующее:

	тип	Зав.№	шкала	дефект	заключение
1	МПТИ-У2	1411943	0 – 2,5 МПа	износ механизма	Списать
2	МПТИ-У2	1411969	0 – 2,5 МПа	износ механизма	Списать
3	МПТИ-У2	1411937	0 – 2,5 МПа	износ механизма	Списать
4	МПТИ-У2	1411980	0 – 2,5 МПа	износ механизма	Списать
5	МПТИ-У2	1411978	0 – 2,5 МПа	износ механизма	Списать
6	МПТИ-У2	1411949	0 – 2,5 МПа	износ механизма	Списать
7	МПТИ-У2	1411942	0 – 2,5 МПа	износ механизма	Списать
8	МПТИ-У2	1411979	0 – 2,5 МПа	износ механизма	Списать
9	МПТИ-У2	1411971	0 – 2,5 МПа	износ механизма	Списать
10	МПТИ-У2	1411944	0 – 2,5 МПа	износ механизма	Списать

Условия эксплуатации: не соответствуют требованиям изготовителя.

Мероприятия:

1. Участку ремонта КИП и А ООО «АВТОМАТИКА» оформить снятие с регистрации указанных манометров.

Срок: _____

Отв.: _____

2. Начальнику участка №3 оформить заявку на закупку 10шт. новых аналогичных манометров.

Срок: _____

Отв.: _____

Подписи:

*А.Ю. Пачкалев**А.М. Протасов**М.В. Балашов**А.В. Григорьев**А.А. Чернецкий**С.В. Пашутин**Д.В. Лузин*