


УТВЕРЖДАЮ

Главный метролог

 С.И. Кравец  
 « 17 » 09 2015г.

А К Т 01672

## проверки технического состояния средств КИПиА

г. Ярославль

08 сентября 2015г.

Комиссия в составе:

Начальника цеха №13

А.Ю. Пачкалева

Начальника цеха №15

А.В. Григорьева

Начальника участка ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА»

М.В. Балашова

Начальника СНН в а/ц

А.С. Михайлова

Начальника участка эксплуатации № 3 цеха №15

С.В. Пашутина

провела проверку технического состояния технических манометров со СНН в а/ц, присланных в цех №15 по заказу, и установила следующее:

	тип	№	шкала	дефект	заклучение
1	МПЗ-УУ2	8568	16	Износ механизма	Списать
2	МП4-УУ2	8563	10	Износ механизма	Списать
3	КФМ	9312	10	Износ механизма	Списать

Условия эксплуатации: не соответствуют требованиям изготовителя.

Мероприятия:

1. Участку ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА» оформить снятие с регистрации указанные манометры.

Срок: \_\_\_\_\_




Отв. \_\_\_\_\_



2. Начальнику участка № 3 оформить заявку на закупку 3 штук новых аналогичных манометров.

Срок: \_\_\_\_\_

Отв. \_\_\_\_\_

Подписи:

 А.Ю. Пачкалев  
 А.В. Григорьев  
 М.В. Балашов

 А.С. Михайлов  
 С.В. Пашутин